

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2978** /TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày **24** tháng 3 năm 2014

V/v thuế GTGT đối với miếng dán
chườm lạnh không thấm được chất
và đèn trị liệu hồng ngoại

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng miếng dán chườm lạnh không thấm được chất và đèn trị liệu hồng ngoại (gửi kèm bản phôtô một số tài liệu có mô tả hàng hóa liên quan). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực tế thực hiện tại địa phương (kim ngạch nhập khẩu, thuế suất thuế GTGT đã áp dụng, cơ sở áp dụng mức thuế suất thuế GTGT), ý kiến đề xuất, kiến nghị của đơn vị về thuế suất GTGT đối với mặt hàng miếng dán chườm lạnh không thấm được chất và đèn trị liệu hồng ngoại về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 30/3/2014.

(Về kim ngạch nhập khẩu: báo cáo thời kỳ 2012-2013; về cơ sở áp dụng thuế suất thuế GTGT: trước và sau khi Thông tư số 219/2013/TT-BTC có hiệu lực (đề nghị gửi kèm bản phôtô công văn xác nhận của Bộ Y tế (nếu có)).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận: *Thưa*
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG





VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
INSTITUTE OF MEDICAL EQUIPMENT AND
CONSTRUCTION DESIGN

Địa chỉ: 40 Phương mai - Đống đa - Hà nội
Address: 40 Phương mai - Dong da - Ha noi
Điện thoại (Telephone): (04) 3 8521248

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Số: 043 /2013/QLCL/YCMB

Cơ quan yêu cầu kiểm tra: Công ty TNHH Phi Long

Tên hàng: Đèn hồng ngoại dùng cho trị liệu chăm sóc sức khỏe

Model: SIL 16

Số máy: 25428

Hãng sản xuất: Sanitas/ Đức

Thiết bị kiểm tra: Thiết bị đo thể tích; thiết bị đếm thời gian.

Người kiểm tra: Ths.Lê Đức Hà

Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản: Có 05 chế độ nghiêng của chao đèn; Thân đèn làm bằng nhựa cứng; Công suất bóng đèn: 150W; Nguồn sử dụng: 220V ± 5%, 50/60Hz.

Kết quả đánh giá: Đèn hồng ngoại của Công ty TNHH Phi Long đạt yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật theo giấy yêu cầu ngày 01 tháng 11 năm 2012.

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013



GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Phương

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VIỆN



Nguyễn Trọng Quỳnh



BỘ Y TẾ
VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ - 40 Phương mai - Đống Đa - Hà Nội - (04) 3 8521248

KẾT QUẢ KIỂM TRA

I/ Cấu hình:

T.T	Các phần kiểm tra	Yêu cầu	Đạt	K.đạt
1.1	Thân đèn và bóng đèn	01 bộ	X	

III/ Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản:

T.T	Các phần kiểm tra	Yêu cầu	Đạt	K.đạt
2.1	Điều chỉnh chế độ nghiêng chao đèn	- Có 05 chế độ nghiêng của chao đèn.	X	
2.2	Vật liệu thân đèn	- Làm bằng nhựa cứng	X	
2.3	Công suất bóng đèn	150W	X	
2.4	Nguồn sử dụng	220VAC \pm 5%, 50/60Hz.	X	

Kiểm tra, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Người soát lại

Bùi Hoàng Mai

Người kiểm tra

Lê Đức Hà